

TAFLEN GOFNODI
RECORD SHEET

Cofnod gwirio thermomedr prôb

Probe thermometer check log

Busnes (Business): _____ Cyfnod (Period): _____

0°C mewn dŵr ag iâ.
0°C in iced water.

100°C mewn dŵr berwedig.
100°C in boiling water.

Ystodau gwirio derbyniol: -1°C i +1°C a 99°C i 101°C.* Cofnodwch y darlenniad gwirioneddol, nid tic yn unig. Gwiriwch mor aml ag a gynlluniwyd ac ar ôl difrod.

Amllder gwirio (Check frequency): _____ Gwneuthuriad / rhif prôb (Probe make / ID): _____

Dyddiad Date	Rhif prôb Probe ID	Dŵr ag iâ °C Iced water °C	Dŵr berwedig °C Boiling water °C	Pasio / methu, cam ac ailwriad Pass / fail, action & recheck	Blaenlythrennau Initials

Y tu allan i'r ystod? Peidiwch â defnyddio'r prôb ar gyfer gwiriadau diogelwch. Defnyddiwch brôb arall sydd wedi'i wirio a threfnwch ei galibradu neu ei newid. Cofnodwch y canlyniad.

*Mae'r berwbwynt yn gostwng gydag uchder. Defnyddiwch y berwbwynt lleol disgwylidig a chanllawiau'r gwneuthurwr. Byddwch yn ofalus gydag ager a dŵr poeth.