



БЛАНК ОБЛІКУ  
RECORD SHEET

# Журнал перевірки термометра-щупа

## Probe thermometer check log

Заклад (Business): \_\_\_\_\_ Період (Period): \_\_\_\_\_

**0°C у воді з льодом.**

0°C in iced water.

**100°C у киплячій воді.**

100°C in boiling water.

Допустимі межі перевірки: від -1°C до +1°C і від 99°C до 101°C.\* Записуйте фактичний показник, а не лише позначку. Перевіряйте із запланованою частотою та після пошкодження.

Частота перевірок (Check frequency): \_\_\_\_\_ Марка / № щупа (Probe make / ID): \_\_\_\_\_

| Дата<br>Date | № щупа<br>Probe ID | Вода з льодом<br>°C<br>Iced water °C | Кипляча вода<br>°C<br>Boiling water °C | Пройдено / ні, дія й повторна перевірка<br>Pass / fail, action & recheck | Ініціали<br>Initials |
|--------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              |                    |                                      |                                        |                                                                          |                      |
|              |                    |                                      |                                        |                                                                          |                      |
|              |                    |                                      |                                        |                                                                          |                      |
|              |                    |                                      |                                        |                                                                          |                      |
|              |                    |                                      |                                        |                                                                          |                      |
|              |                    |                                      |                                        |                                                                          |                      |
|              |                    |                                      |                                        |                                                                          |                      |
|              |                    |                                      |                                        |                                                                          |                      |
|              |                    |                                      |                                        |                                                                          |                      |

Поза межами? Припиніть використовувати щуп для перевірок безпеки. Використовуйте перевірену заміну й організуйте калібрування або заміну. Запишіть результат.

\*Температура кипіння знижується з висотою. Використовуйте очікувану місцеву температуру кипіння та вказівки виробника. Остерігайтеся пари й гарячої води.